SKX-2000T 心电模拟检测仪

功能特点：

1、 内置大容量锂电池，可长时间工作，降低信号干扰。

2、 内置高性能 CPU 和高精度 DA 芯片，进行波形模拟。

3、 采用 7 寸触摸 TFT 彩色液晶屏显示模拟波形及参数内容，美观大方，方便观察及对比波形，采用触摸屏及按键可以选择操作使用，方便快捷。

4、 可以独立设置模拟波形的各项参数。

5、 提供仪器的检测内容提示及帮助，可方便快速的检测心电类产品的相关参数。

6、 依托详细的使用说明书，可以轻松快捷的生成检测报告。

7、 集成医药行业标准（医疗设备厂家采用的标准）：

《GB9706-227-2021》

《GB9706-225-2021》

《GB9706-247-2021》

《YY0885-2013》

《YY1139-2013》

8、 集成国家计量检定标准（质检局采用的检定规程）

《JJG1041-2008》

设备应用范围：

★ 便携式监护仪和电池供电的监护仪
★ 基于心电图的手术室和重症监护的心率监护仪
★ 使用遥测的重症和转送心电监护仪
★ 新生儿/小儿监护仪
★ 心率失常监护仪和除颤监护仪
★ 带显示屏幕的心电图机

心电参数：

- **基础波形：**

方　　波：波形频率：1Hz-999Hz
　　波形幅度：0.01mV-10.00mV
三 角 波：波形频率：1Hz-50Hz
　　波形幅度：0.01mV-10.00mV
正 弦 波：波形频率：1Hz-500Hz
　　波形幅度：0.01mV-10.00mV
Q　R　S: 波形频率：0bpm-300bpm
　　波形幅度：0.01mV-10.00mV
　　波形宽度：5mS-120mS
快速 QRS :波形频率：0bpm-350bpm
　　波形幅度：0.01mV-10.00mV
　　波形宽度：2mS-120mS
Q R S- T：波形频率：10bpm-200bpm
　　波形幅度：0.01mV-10.00mV
　　波形宽度：40mS-120mS
　　T 波幅度：0.0mV-2.0mV
脉冲信号：波形频率：30bpm-300bpm
　　波形幅度：0.01mV-10.00mV
　　波形方向：上、下
　　脉冲宽度：0.1mS-2.0mS
　　脉冲幅度：0mV-700mV

- **呼吸检测**：

  R 波频率：0bpm-350bpm

  R 波幅度：0.01mV-10.00mV

  调整步长：0.01mV、0.05mV、0.1mV、1mV

  底部宽度：5mS-120mS

  T 波幅度：0.0mV-2.0mV

  呼 吸 率 ： 0rbpm-200rbpm

  呼吸幅度：0.0 R-3.0 R

- **母亲胎儿合成心电波形**：

  母亲心率：0bpm-350bpm

  波形幅度：0.01mV-10.00mV

  调整步长：0.01mV、0.05mV、0.1mV、1mV

  基部宽度：5mS-120mS

  T 波幅度：0.0mV-2.0mV

  胎儿心率：0bpm-200bpm

  波形幅度：0.00mV-70.00mV

  底部宽度：5mS-50mS

  T 波幅度：0.0mV-0.5mV

- **ST 异常心电波形：**

  R 波频率 ： 0bpm-350bpm

  R 波幅度 ： 0.01mV-10.00mV

  ST 段幅度：-0.90mV-0.90mV

  调整步长 ： 0.01mV、0.05mV、0.1mV、1mV

- **异常心电波形 PVCS：**

  波形类型 ： 异常波形选择

  重复周期 ： 设置异常波形出现的周期间隔范围 10-300

- **P-QRS-T-U 可调整波形：**

  P 波 幅 度：0.00mV-0.50mV

  P 波 周 期：80mS-120mS

  P - Q 间隔：20mS-150mS

  Q 波 幅 度：0.00mV-0.80mV

  Q 波前时长：0mS-30mS

  R 波 幅 度：0.20mV-6.00mV

  QRS 宽 度：40mS-200mS

  S 波 幅 度：0.00mV-2.00mV

  S 波后时长：5mS-80mS

  S T 时 长：40mS-250mS

  S T 幅 度：-0.90mV-+0.10mV

  T 波 幅 度：0.00mV-1.00mV

  T 波 周 期：40mS-300mS

  T - U 间隔：0mS-200mS

  U 波 周 期：5mS-40mS

  U 波 幅 度：0.00mV-0.50mV

  U - P 间隔：100mS-1000mS